



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 февраля 2022 года № РЗН 2022/16466

На медицинское изделие

Анализатор гематологический автоматический НЕМАХ с принадлежностями,
в вариантах исполнения: НЕМАХ 320; НЕМАХ 330; НЕМАХ 53;
НЕМАХ 530AL; НЕМАХ 530СТ

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "НЕОМЕДИКС"

(ООО "НЕОМЕДИКС"), Россия,

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69, пом. 27

Производитель

"Би энд И Био-Технолоджи Ко., Лтд.", Китай,

B&E Bio-Technology Co., Ltd., No.11 Jie'aisi Road, Laishan District, Yantai City,
Shandong Province, China

Место производства медицинского изделия

B&E Bio-Technology Co., Ltd., No.11 Jie'aisi Road, Laishan District, Yantai City,
Shandong Province, China

Номер регистрационного досье № РД-45290/78450 от 10.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 01 февраля 2022 года № 621

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0059502

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 февраля 2022 года № РЗН 2022/16466

Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор гематологический автоматический HEMAX с принадлежностями, в вариантах исполнения: HEMAX 320; HEMAX 330; HEMAX 53; HEMAX 530AL; HEMAX 530CT:

I. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 320, с принадлежностями, в составе:

1. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 320.
2. Кабель питания (Power cord).
3. Руководство по эксплуатации (User's manual).
4. Краткая инструкция по работе (brief operation instruction).
5. Список условий эксплуатации (instrument working condition list).

Принадлежности:

1. Комплект запасных частей (Spare parts package).
2. Термочувствительная бумага для печати (Thermal sensitive print paper).
3. Адаптер переменного тока (AC adapter).
4. Клавиатура (Keyboard).
5. Мышь (Mouse).
6. Провод заземления (Ground wire).
7. Крышка в сборе для лизирующего реагента (Bottle cap assembly for lyse).
8. Крышка в сборе для моющего средства (Bottle cap assembly for cleanser).
9. Крышка в сборе для разбавителя (дилуэнта) (Bottle cap assembly for diluent).
10. Емкость для отходов (Waste Chamber).

II. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 330, с принадлежностями, в составе:

1. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 330.
2. Кабель питания (Power cord).
3. Руководство по эксплуатации (User's manual).
4. Краткая инструкция по работе (brief operation instruction).
5. Список условий эксплуатации (instrument working condition list).

Принадлежности:

1. Комплект запасных частей (Spare parts package).
2. Термочувствительная бумага для печати (Thermal sensitive print paper).
3. Адаптер переменного тока (AC adapter).
4. Клавиатура (Keyboard).
5. Мышь (Mouse).
6. Пылезащитный чехол (Dust cover).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**




А.В. Самойлова
0092599

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 февраля 2022 года № РЗН 2022/16466

Лист 2

7. Провод заземления (Ground wire).
 8. Крышка в сборе для лизирующего реагента (Bottle cap assembly for lyse).
 9. Крышка в сборе для моющего средства (Bottle cap assembly for cleanser).
 10. Крышка в сборе для разбавителя (дилуэнта) (Bottle cap assembly for diluent).
 11. Емкость для отходов (Waste Chamber).
- III. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 53, с принадлежностями, в составе:
1. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 53.
 2. Кабель питания (Power cord).
 3. Руководство по эксплуатации (Operation Manual).
 4. Отчет об установке (Installation Report).
 5. Краткая инструкция по работе (Brief Operating Instructions).
 6. Список предустановленных процедур (Installed Operating Procedures).
- Принадлежности:
1. Крышка в сборе для разбавителя (дилуэнта) (Diluent Bottle Cap Assembly).
 2. Крышка для отходов в сборе (Waste Assembly).
 3. Провод заземления (Ground wire).
 4. Крышка в сборе для лизирующего реагента (Lyse assembly).
 5. Кабель (Cable).
 6. Установочный диск (Installed CD - ROM).
 7. Сканер штрих-кода (Barcode Reader).
 8. Набор для технического обслуживания (Maintenance tools).
 9. Емкость для отходов (Waste Chamber).
 10. Штатив для проб (Sample Rack) - 6 шт.
 11. Воздушный фильтр (Air filter) - 6 шт.
- IV. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 530AL, с принадлежностями, в составе:
1. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 530AL.
 2. Кабель питания (Power cord).
 3. Руководство по эксплуатации (Operation Manual).
 4. Отчет об установке (Installation Report).
 5. Краткая инструкция по работе (Brief Operating Instructions).
 6. Список предустановленных процедур (Installed Operating Procedures).
- Принадлежности:
1. Крышка в сборе для разбавителя (дилуэнта) (Diluent Bottle Cap Assembly).
 2. Крышка для отходов в сборе (Waste Assembly).
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0092597

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 февраля 2022 года № РЗН 2022/16466

Лист 3

3. Провод заземления (Ground wire).
 4. Крышка в сборе для лизирующего реагента Diff I (Lyse Diff I assembly).
 5. Крышка в сборе для лизирующего реагента Diff II (Lyse Diff II assembly).
 6. Крышка в сборе для лизирующего реагента HGB (Lyse HGB assembly).
 7. Кабель (Cable).
 8. Установочный диск (Installed CD - ROM).
 9. Сканер штрих-кода (Barcode Reader).
 10. Набор для технического обслуживания (Maintenance tools).
 11. Емкость для отходов (Waste Chamber).
 12. Штатив для проб (Sample Rack) - 6 шт.
 13. Воздушный фильтр (Air filter) - 6 шт.
- V. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 530CT, с принадлежностями, в составе:
1. Анализатор гематологический автоматический HEMAX 530CT.
 2. Кабель питания (Power cord).
 3. Руководство по эксплуатации (Operation Manual).
 4. Отчет об установке (Installation Report).
 5. Краткая инструкция по работе (Brief Operating Instructions).
 6. Список предустановленных процедур (Installed Operating Procedures).
- Принадлежности:
1. Крышка в сборе для разбавителя (дилуэнта) (Diluent Bottle Cap Assembly).
 2. Крышка для отходов в сборе (Waste Assembly).
 3. Провод заземления (Ground wire).
 4. Крышка в сборе для лизирующего реагента Diff I (Lyse Diff I assembly).
 5. Крышка в сборе для лизирующего реагента Diff II (Lyse Diff II assembly).
 6. Крышка в сборе для лизирующего реагента HGB (Lyse HGB assembly).
 7. Кабель (Cable).
 8. Установочный диск (Installed CD - ROM).
 9. Сканер штрих-кода (Barcode Reader).
 10. Набор для технического обслуживания (Maintenance tools).
 11. Емкость для отходов (Waste Chamber).
 12. Воздушный фильтр (Air filter) - 6 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0092598