



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 июля 2014 года

№ РЗН 2014/1790

На медицинское изделие

Гистеропомпа для создания и поддержания давления в полости матки
при жидкостных гистероскопии и резектоскопии ГП-01- «Крыло»
по ТУ 9444-021-10625445-2013

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"Крыло" (ООО НПФ "Крыло"), Россия,
394042, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 47

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"Крыло" (ООО НПФ "Крыло"), Россия,
394042, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 47

Место производства медицинского изделия

394042, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 47

Номер регистрационного досье № РД-3189/5478 от 24.02.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4470

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 июля 2014 года № 5282,
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0008766

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 июля 2014 года

№ РЗН 2014/1790

Лист 1

На медицинское изделие

**Гистеропомпа для создания и поддержания давления в полости матки
при жидкостных гистероскопии и резектоскопии ГП-01- «Крыло»
по ТУ 9444-021-10625445-2013 в составе:**

- гистеропомпа - 1 шт.;
- датчик давления и пузырьков - 1 шт.

Принадлежности:

- штатив для трубок - 1 шт.;
- ёмкость накопительная - 2 шт.;
- устройство контроля потерь (Весы медицинские электронные ВМЭ-1-15М);
- держатель банок - 1 шт.;
- ресивер - 1 шт.;
- сетевой кабель - 1 шт.;
- комплект трубопроводов:
 - трубопровод Ø4 мм, L=250см - 2шт.;
 - трубопровод Ø4 мм, L=30см - 1шт.;
 - трубопровод Ø5 мм, L=250см - 1шт.;
 - трубопровод Ø8 мм, L=200см - 1шт.

Комплект запасных частей:

- мембрана - 3 шт.;
- трубка насоса - 3 шт.;
- стяжка ALT-085C - 7 шт.;
- предохранитель ВПТ6-7-2А - 2 шт.;
- переходной штуцер (канюля типа «Луер») - 2 шт.;

Эксплуатационная документация:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0007025