

ООО «Крейт»

Макет маркировки индивидуальной потребительской упаковки

Бандаж согревающий, компрессионный и
фиксирующий для верхних конечностей
"Крейт" по ТУ 9396-002-96814693-2006

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт», У-809, У-810

☒ Размер: У-809	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☒ №6
Собхват запястья, см						27-29
☐ Размер: У-810	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☐ №6
Собхват запястья, см						

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; период реабилитации после гипсовой повязки, травмы и операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Индивидуальная непереносимость составных частей изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на упаковке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на лучезапястный сустав и застегнуть, далее обернуть лямку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

ТУ 5196-002-95814693-2006.



Собхват запястья
Измеряется по окружности запястья по оси предплечья по лучезапястному суставу через головку выверной лопы

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт»

подвес внутри



КРЕЙТ

У-809

У-810

БАНДАЖ
для лучезапястного
сустава – «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт», Россия, 195200, г. Санкт-Петербург, Улица Бульварная, дом 11, корпус 5, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: toget@kreit.ru, kreit@kreit.ru).

Изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 31508-2012. Изделие предназначено для использования в качестве средства фиксации и согревания суставов и мышц в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках на руки. Изделие должно быть изготовлено из гипоаллергенных материалов, не вызывающих раздражения кожи. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 31508-2012. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 31508-2012. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 31508-2012.



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многократного использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 40%, вискоза – 30%, латекс – 20%,

полиэстер – 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт», У-805, У-806

☒ Размер, У-805	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☒ №6
Обхват запястья, см						27-29
☐ Размер, У-806	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☐ №6
Обхват запястья, см						

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОВЕЩАНИЕ. ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ: – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергической реакции на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого огня.


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Открыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на лучезапястный сустав и расправить. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 ____ года.

№ ФСР

TU 9396-002-96814693-2006



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку пястной кости

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт»

■ У-805

■ У-806

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт», Россия, 195270, г. Санкт-Петербург, улица Бульварная, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: togetkretsk@yandex.ru, www.krejt.ru).
Исходные данные изделия соответствуют требованиям стандарта, в соответствии с которым хранится на складах поставщика и потребителя в упаковках хранения 5. ГОСТ 15150-09 (исходная температура от -40 °С до +40 °С). Изделие должно храниться при температуре от -40 °С до +40 °С и не более чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от попадания влаги и агрессивных жидкостей. Срок хранения изделия не менее двух лет со дня изготовления. Использование изделия ограничено в контейнерах или пакетах для сбора отходов класса А и утилизируются как бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3681-2021.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи.
www.krejt.ru, www.gost.gov.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многократного использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 40%, вискоза – 30%, латекс – 20%,

полиэстер – 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 ____ г.

«Крейт», У-807, У-808

✓	Пазареп, У-80/7	№1	№2	№3	№4	№5	✓	№5
Скорост	Амплитуда, см						27-29	
✓	Пазареп, У-80/8	№1	№2	№3	№4	№5		№5
Скорост	Амплитуда, см							

НАЗНАЧЕНИЕ: Бюджет предназначен для финансирования и сохранения мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций при артритах и артрозах, а также при воспаленных натруженных

Обхват запястья



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: прооперированные при интенсивных физических нагрузках на сустав, обостренные артрозы и артропатии дегенеративного сустава; легкий и умеренный деформирующий артроз; нестабильность сустава; нестойкая реабилитация после гнимова.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОВОРОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный Ассистент предоставляет информацию о наличии и стоимости изделий, возможности доставки, а также о сроках изготовления. Контактный Ассистент предоставляет информацию о наличии и стоимости изделий, возможности доставки, а также о сроках изготовления.

КОМПОНЕНТ ПОСТАВКИ: выдан для безопасности системы – «Крепость» – 1 шт.
Инструция – 1 шт., индивидуальная упаковка – 1 шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице

подбора размеров. Не применять при наличии экзотермических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на

порядок использования изделий: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °C до 40 °C. Включать устройство только после того, как изделие полностью остыло. Не использовать вблизи открытого пламени.

на лучезащитный корпус и распределить струю вонку за инстан и задиктовать. Изделие перед применением следует подогреть. Высушить ставка на упол. Сильно прохладу можно с помощью горячей воды.

стирка и суше: стирка должна происходить в холодной воде при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанный сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Ремонт/размещение	год
Ремонт/размещение	20

TY 9396-002-96814693-2006



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт»

Y-807

Y-808

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт»

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012

СОСТАВ: полиамид - 40%, вискоза - 30%, латекс - 20%

полиэстер - 10%.

20

7



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бултерева, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreit@mail.ru.

Издаваемая транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения. 5 ГОСТ 15150-99 (но для температур от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-99 (но для температур от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее двух лет.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт», Е-204 правый/левый

☒ правый ☐ левый

Размер	☐ №1	☒ №2	☐ №3	☐ №4
Обхват запястья, см	☐	15-20	☐	☐



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; остеохондропатия (болезнь Кинбека).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэстер – 61%, хлопок – 34%, полипропилен – 5%.

Дата изготовления: 20 г.



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава -
«Крейт», Е-190

Размер	☐ №1	☒ №2	☐ №3	☐ №4
Обхват запястья, см		16-21		

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 ____ года.

№ ФСР
ТУ 9396-002-96814693-2006

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава -

«Крейт»

E-190

БАНДАЖ

для лучезапястного
сустава - «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт», Россия, 195200, г. Санкт-Петербург, улица Бутырская, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700 66 50; e-mail: to@kreit.ru, kreit@mail.ru).
Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке при транспортировке должны храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Изделия должны быть защищены от воздействия влаги, пыли, грязи, агрессивных сред и атмосферных осадков. Срок хранения изделия не менее двух лет.
Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3694-2021.
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев со дня продажи.
www.kreit.ru, www.zdor.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многократного использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид - 58%, хлопок - 37%, полипропилен - 23 %, эластан - 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ____ 20 ____ г.

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава - «Крейт», F-209У

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; профилактика лечения сгибательных контрактур; парезы мышц разгибателей кисти; остеохондропатия (болезнь Кинбека).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР

ТУ 9396 - 002 - 96814693 - 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: хлопок - 43%, полиамид - 30%, полипропилен - 25%, эластан - 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –

«Крейт», F-204У, F-206 правый/левый

☒ Размер, F-204У	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват запястья, см			28-35

☐ Размер, F-206	☐ №1	☐ №2	☐ №3
Обхват запястья, см			

☐ F-206, правый
☐ F-206, левый



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; остеохондропатия (болезнь Кинбека); острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти (только для F-206); профилактика лечения сгибательных контрактур; парезы мышц - разгибателей кисти; синдром де Кервена (только для F-206).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: хлопок – 43%, полиамид – 30%, полипропилен – 25%, эластан – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава –
«Крейт», F-204 правый/левый

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; остеохондропатия (болезнь Кинбека).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости и материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от _____ 20 ____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: хлопок – 43%, полиамид – 30%, полипропилен – 25%, эластан – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

20 ____ г.



☒ правый
☐ левый

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват запястья, см	☐	☐	20-25



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

F-208



БАНДАЖ для лучезапястного сустава – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от
№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 50%, хлопок – 48%, полипропилен – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.

Размер	☐ №1	☒ №2
Обхват запястья, см		23-31



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

20

года.



F-203

БАНДАЖ для лучезапястного сустава – «Крейт»

Размер	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☒ №6
Обхват запястья, см						24-26



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многократного использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.



F-202



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт», F-202 правый/левый

☒ правый ☐ левый

Размер	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	☒ №8
Обхват запястья, см								28-30

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; остеохондропатия (болезнь Кинбека).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, krite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.



F-190



БАНДАЖ для лучезапястного сустава – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от

20

года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 35%, хлопок – 33%, полипропилен – 30%, эластан – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

F-200

БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт»

Размер	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☒ №6
Обхват запястья, см						24-26



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки; обострение артроза и артрита

лучезапястного сустава; легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» - 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20____ года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэфир – 40%, латекс – 40%, полипропилен – 20%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20____

г.



F-201



БАНДАЖ

для лучезапястного сустава – «Крейт», F-201 правый/левый

☒ правый ☐ левый

Размер	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	☒ №8
Обхват запястья, см								28-30

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава; тендиниты и тендовагиниты; период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций; бурситы; остеохондропатия (болезнь Кинбека).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПин 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэфир – 55%, латекс – 35%, полипропилен – 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.



БАНДАЖ

для локтевого сустава – «Крейт», У-826

Размер	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
Обхват локтя, см								37,0-39,5

НАЗНАЧЕНИЕ: Бинд предназначен для фиксации и сохранения мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках; профилактика воспаления сухожилий мышц предплечья при длительной физической нагрузке; травмы, повреждения, хроническое посттравматическое воспаление локтевого сустава, приводящие к отеку его области и/или синовииту; этап реабилитации после повязок, а также после гипсовых боли в суставе различного происхождения; синовиты и отеки при артрозах и артритах локтевого сустава; для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом, нагрузки на локтевой сустав (вибрация, вращение, падение тяжести); артриты, артрозы, импланты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОВЕЩАНИЕ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бинд для локтевого сустава – «Крейт» 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размера. Не применять при наличии аллергической реакции на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на локтевой сустав. Изделие перед первым применением следует постирать.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять базисную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9395-002-96814693-2006.

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного сгибается.



подвес внутри



КРЕЙТ

БАНДАЖ

для локтевого сустава – «Крейт»

У-826

БАНДАЖ

для локтевого сустава – «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 192201, г. Санкт-Петербург, улица Вильгельм-Петровича, 11, корпус 4, литер А, помещение 24А, тел. 8 (800) 700-60-65; e-mail: info@kreit.ru, kreit@kreit.ru.
Изделие выполнено в соответствии с требованиями к изделиям медицинского назначения, утвержденными в установленном законодательстве Российской Федерации. Изделие предназначено для использования в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний локтевого сустава. Изделие не является лекарственным средством. Средний срок хранения изделия не менее 6 месяцев. Срок годности изделия не менее 6 месяцев. Использование изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по применению. Изделие предназначено для использования в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний локтевого сустава. Изделие не является лекарственным средством. Средний срок хранения изделия не менее 6 месяцев. Срок годности изделия не менее 6 месяцев.



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача. Изделие многократно использовать. Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.

www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт», У-823

Размер	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☐ №5	☒ №6
Обхват локтя, см						34-36,5

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках; профилактика воспаления сухожильных мышц предплечья при длительной физической нагрузке; травмы, повреждения, хроническое посттравматическое или посттравматическое воспаление локтевого сустава, приводящие к отеку его области и/или синовииту; этап реабилитации после повязок, в том числе гипсовых; боли в суставе различного происхождения; синовиит и сплинт при артрозах и артритах локтевого сустава; для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом; артрозы, артрозы, миозиты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ Поставки: Бандаж для локтевого сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размера. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на локтевой сустав. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять базовую сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

TU 9396-002-96814693-2006.

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного сгибается



подвес внутри



КРЕЙТ

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт»

У-823

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ОГОО «Крейт», Россия, 192320, г. Санкт-Петербург, улица Вулканов, дом 11, корпус 4, литер А, площадь 241 кв. м, 8 (800) 700-66-50; e-mail: post@kredit.ru, kredit@mail.ru).
Изделие имеет регистрационный номер в Едином государственном реестре медицинских изделий 5.0001515069 (не для температуры от -40 °С до 140 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов). Изделие имеет срок годности не менее 6 месяцев. Срок годности изделия не менее 6 месяцев. Использование изделия в соответствии с инструкцией и/или этикеткой для сбора отходов класса А утилизировать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев со дня продажи.
www.kredit.ru, www.zdor.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многократного использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид - 40%, вискоза - 30%, латекс - 20%, полиэстер - 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 г.

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт», У-820

Размер	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Обхват локтя, см						40-44

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках; профилактика воспаления сухожильных мышц предплечья при длительной физической нагрузке; травмы, повреждения, хроническое постоперационное или посттравматическое воспаление локтевого сустава, приводящее к отеку его области и/или синовиту; этап реабилитации после повязок, в том числе гипсовых; боли в суставе различного происхождения, синовиты и спайки при артрозах и артритах локтевого сустава; для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом; нагрузки на локтевой сустав (вибрация, сжатие, подъем тяжести); артриты, артрозы, миозиты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для локтевого сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Помнить, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергической реакции на материал. Не допускать применения по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на локтевой сустав. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

TU 9396-302-96814693-2006.

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного согнута.

подвес внутри



КРЕЙТ

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт»

У-820

БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 192200, г. Санкт-Петербург, ул. Кавказская, д. 11, корпус 4, литер А, площадь 241 кв. м, ОГРН 770606950; e-mail: info@kreitspb.ru, kreitspb.ru.
Изделие транспортируется всеми видами транспорта, в соответствии с условиями хранения, указанными на упаковке. Срок хранения изделия - 3 года. Изделие не подлежит возврату и обмену.
Поставщик должен предоставить на складе поставщика и потребителя в соответствии с ГОСТ 15150-69 (не для температуры от -40 °С до 140 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия не подлежат ремонту. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Средний срок хранения изделия не менее 6 лет. Срок годности изделия не менее 6 лет. Изделие не подлежит ремонту. Изделие не подлежит возврату и обмену.
Использование изделия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021. Изделие не подлежит ремонту. Изделие не подлежит возврату и обмену.
www.kreitspb.ru, www.zdor.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многократно использовать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид - 45%, полиэфир - 22%, латекс - 25%, эластан - 8%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 г.


БАНДАЖ

для локтевого сустава - «Крейт», F-400A

Размер	☐ №1	☐ №2	☐ №3	☐ №4	☒ №5	☐ №6
Обхват локтя, см					38-42	

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного сгибается



НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Боли в суставе различного происхождения; синовиты и отеки при артрозах и артритах локтевого сустава; артриты, артрозы, миозиты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для локтевого сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на локтевой сустав. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 - 002 - 96814693 - 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.



БАНДАЖ для локтевого сустава – «Крейт», F-416

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках; профилактика воспаления сухожилья мышц предплечья при длительной физической нагрузке; наружный и внутренний эпикондилит; для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом; нагрузки на локтевой сустав (вибрация, вращение, подъем тяжестей).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для локтевого сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Ослабить застежку, надеть изделие на локтевой сустав, обернуть стяжку вокруг локтевого сустава и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать, высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 _____ года.

№ ФСР

TU 9396-002-96814693-2006

Размер	Обхват локтя, см
☐ №1	
☒ №2	35-48

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного согнута



БАНДАЖ

для локтевого сустава – «Крейт»

подвес внутри



КРЕЙТ

F-416

БАНДАЖ

для локтевого сустава –
«Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт», Россия, 192220, г. Санкт-Петербург, Улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н1, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: bog@kreitspb.ru, kreit@mail.ru.
Изделие транспортируется в соответствии с требованиями к перевозке медицинских изделий в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения изделия в упаковке – 3 года. Срок годности изделия – 3 года. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделия не менее двух лет. Средний срок службы изделия не менее 6 месяцев. Использование изделия сопряжено с риском для здоровья или жизни. При сборе отходов класса А и утилизируются как твердые бытовые отходы. Срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи.

www.kreitspb.ru, www.zdor.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: хлопок – 35%, полипропилен – 25%, полиамид – 23%, ППЭ (пенополиэтилен) – 15%, эластан – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 _____ г.

БАНДАЖ для локтевого сустава – «Крейт», F-415

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках; профилактика воспаления сухожилий мышц предплечья при длительной физической нагрузке; наружный и внутренний эпикондилит; для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом; нагрузки на локтевой сустав (вибрация, вращение, подъем тяжестей).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для локтевого сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Ослабить застежку, надеть изделие на локтевой сустав, обернуть стяжку вокруг локтевого сустава и зафиксировать. Изделие перед первым применением следует постирать, высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 ____ года.

№ ФСР
ТУ 9396-002-96814693-2006.

Размер	Обхват локтя, см
☐ №1	
☒ №2	35-48

Обхват локтя

Измеряется по выступающим точкам локтя, рука при этом немного согнута



БАНДАЖ

для локтевого сустава – «Крейт»

подвес внутри



КРЕЙТ

F-415

БАНДАЖ

для локтевого сустава –
«Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт», Россия, 192220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: bog@kreitpb.ru, kreit@yandex.ru).

Изделие транспортируется в вакуумной упаковке. Срок хранения изделия – 3 года. Изделие должно храниться в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделия не менее двух лет. Средний срок службы изделия не менее 6 месяцев. Использование изделия сверх указанного срока хранения или после истечения срока годности не допускается. Изделие не подлежит ремонту.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.

Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года. Срок годности изделия с момента выпуска – 3 года.



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: хлопок – 35%, полипропилен – 25%, полиамид – 23%, ППЭ (пенополиэтилен) – 15%, эластан – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 ____ г.

БАНДАЖ

для плечевого сустава –

«Крейт», F-602

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава; травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки; реабилитация после гипсовой повязки; перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях; повреждения связок, нестабильность плечевого сустава; привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плечевого сустава – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и растянуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.



СОСТАВ: неопрен – 75%, полиамид – 10%, латекс – 10%, полипропилен – 5%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват над грудью, см
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☐ №6	
☐ №7	
☒ №8	118-124

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для плечевого сустава – «Крейт», F-601

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава; травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки; реабилитация после гипсовой повязки; повышенные нагрузки на плечевой сустав; перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях; повреждения связок, нестабильность плечевого сустава; привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плечевого сустава – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


СОСТАВ: неопрен – 75%, полиамид – 10%, латекс – 10%, полипропилен – 5%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват над грудью, см
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☐ №6	
☐ №7	
☒ №8	118-124

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для плечевого сустава – «Крейт», F-600

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава; травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки; реабилитация после гипсовой повязки; повышенные нагрузки на плечевой сустав; перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях; повреждения связок, нестабильность плечевого сустава; привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плечевого сустава – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: неопрен – 75%, полиамид – 10%, латекс – 10%, полипропилен – 5%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват над грудью, см
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☐ №6	
☐ №7	
☒ №8	118-124

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для плечевого сустава – «Крейт», Е-600

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава; травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки; реабилитация после гипсовой повязки; повышенные нагрузки на плечевой сустав; перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях; повреждения связок, нестабильность плечевого сустава; привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плечевого сустава – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и растянуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20____ года.
№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: неопрен – 75%, полиамид – 10%, латекс – 10%, полипропилен – 5%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20____ г.

Размер	Обхват над грудью, см
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☐ №6	
☐ №7	
☒ №8	88-94

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для плечевого сустава – «Крейт», F-622 правый/левый, F-624 правый/левый

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава; травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки; реабилитация после гипсовой повязки; повышенные нагрузки на плечевой сустав; перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях; повреждения связок, нестабильность плечевого сустава; привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плечевого сустава – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002-96814693–2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: F-622: полиэфир – 34%, латекс – 33%, полипропилен – 15%, полиамид – 8%, ППЭ – 8%, эластан – 2%. F-624: полиамид – 42%, эластан – 43%, полипропилен – 15%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.

☒ правый
☐ левый

☒ Размер F-622	Обхват над грудью, см	☐ Размер F-624	Обхват над грудью, см
☐ №1		☐ №1	
☐ №2		☐ №2	
☐ №3		☐ №3	
☐ №4		☐ №4	
☐ №5		☐ №5	
☐ №6		☐ №6	
☐ №7		☐ №7	
☒ №8	124-129	☐ №8	

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава - «Крейт», F-207

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после травм запястья, вывихов или подвывихов в лучезапястном, запястно-пястных и первом пястно-фаланговом суставах; острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти; реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств; синдром де Кервена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для пястно-фалангового сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками. Обернуть и зафиксировать дополнительную стяжку вокруг запястья.

Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР _____

TU 9396 - 002 - 96814693 - 2006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэфир - 33%, полипропилен - 33%, хлопок - 30%, латекс - 4%.

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват запястья, см
☐ №1	_____
☐ №2	_____
☒ №3	28-35



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости («косточку на лучезапястном суставе»)



БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава - «Крейт», F-205

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после травм запястья, вывихов или подвывихов в лучезапястном, запястно-пястных и первом пястно-фаланговом суставах; острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти; реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств; синдром де Кервена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Бандаж для пястно-фалангового сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками. Обернуть и зафиксировать дополнительную стяжку вокруг запястья.

Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 - 002 - 96814693 - 2006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэфир - 33%, полипропилен - 33%, хлопок - 30%, латекс - 4%.


Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват запястья, см
☐ №1	_____
☒ №2	21-28



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости («косточку на лучезапястном суставе»)



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.
СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 г.



Длина пальца

Измеряется как расстояние между кончиком пальца и складкой между пальцем и ладонью при выпрямленных пальцах кисти руки.



F-192

БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

Размер	☒ M	☐ L	☐ XL	☐ XXL
Длина пальца, см	3,5-5,5			



F-192

БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку. Достать изделие. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить. Расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять

барбанную сушилку. Гладение запрещено. Чистка запрещена. Части изделий, выполненные из пластика или металла, протирают раствором нейтральных моющих средств.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

TU 9396-002-96814693-2006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Булгачева, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. в (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 г.

F-191

БАНДАЖ для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

Размер ☒ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
Длина пальца, см 3,5-5,5



Длина пальца

Измеряется как расстояние между кончиком пальца и складкой между пальцем и ладонью при выпрямленных пальцах кисти руки.



F-191

БАНДАЖ для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку. Достать изделие. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить. Расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять



бардабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена. Части изделий, выполненные из пластика или металла, протирают раствором нейтральных моющих средств.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396-002-96814693-2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.
СОСТАВ: полипропилен – 65%, ППУ – 25%, полиамид – 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20 г.



Длина пальца

Измеряется как расстояние между кончиком пальца и складкой между пальцем и ладонью при выпрямленных пальцах кисти руки.



F-194

БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

Размер ☒ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
Длина пальца, см 3,5-5,5



F-194

БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку. Достать изделие. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить. Расстелить изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при

температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена. Части изделий, выполненные из пластика или металла, протирают раствором нейтральных моющих средств.

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396-002-96814693-2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

БАНДАЖ

для пястно-фалангового сустава - «Крейт», F-193

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитация после травм запястья, вывихов или подвывихов в лучезапястном, запястно-пястных и первом пястно-фаланговом суставах; острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти; реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств; синдром де Кервена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для пястно-фалангового сустава - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 ____ года.

№ ФСР

TU 9396 - 002 - 96814693 - 2006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ:

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

Размер	Обхват запястья, см
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☒ №6	29-32



Обхват запястья

Измеряется перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости («косточку на лучезапястном суставе»)



БАНДАЖ

для плеча и предплечья –

«Крейт», Е-228

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и закрепить их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 60%, хлопок – 15%, эластан – 15%, полипропилен – 10%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.



Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват над грудью, см			80-94

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для плеча и предплечья –

«Крейт», F-230

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и закрепить их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396-002-96814693-2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


СОСТАВ: полиэфир – 46%, полипропилен – 33%, хлопок – 21%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват над грудью, см	_____	_____	118-135

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



F-626

БАНДАЖ

для плеча и предплечья – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, вывихов плеча, "периаартриты" плечевого сустава.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.


ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока

Размер	Обхват талии, см
☐ №1	
☒ №2	140-185

Обхват талии
Сантиметровая лента
проходит горизонтально
вокруг туловища
по самому узкому месту
(на 2-3 см выше пупка)



хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Изделие закрепить на теле при помощи пояса и поддерживающего регулируемого ремня, далее зафиксировать руку на подушке манжетами с застежками. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от
№ ФСР

20

года.

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: наполнитель: поролон – 100%; наволочка: полиамид – 93%, полипропилен – 7%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

20

г.



БАНДАЖ

для плеча и предплечья –
«Крейт», F-226, F-228

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и зафиксировать их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: F-226: неопрен – 70%, полипропилен – 15%, полиэфир – 12%, латекс – 3%;
F-228: полиамид – 42%, хлопок – 35%, полипропилен – 20%, эластан – 3%.


ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.

☒ Размер F-226	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват над грудью, см	_____	_____	118-135

☐ Размер F-228	☐ №1	☐ №2	☐ №3
Обхват над грудью, см	_____	_____	_____

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желез



БАНДАЖ

для плеча и предплечья – «Крейт», F-227

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и закрепить их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693– 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полипропилен – 30%, хлопок – 28%, полиэстер – 27%, полиамид – 12%, эластан – 3%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

20 _____

г.

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват над грудью, см			123-145

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желез



БАНДАЖ

для плеча и предплечья – «Крейт», F-229

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и закрепить их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


СОСТАВ: полиэфир – 46%, полипропилен – 33%, хлопок – 21%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Обхват над грудью, см			118-135

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желез



БАНДАЖ

для плеча и предплечья – «Крейт», F-221, F-223

☒ Размер F-221	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Длина предплечья, см			от 28

☐ Размер F-223	☐ №1	☐ №2	☒ №3	☐ №4	☐ №5
Длина предплечья, см					

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Расположить предплечье в муфте и отрегулировать длину наплечного ремня так, чтобы угол сгибания предплечья в локтевом суставе был равен 90 градусам, если иное не рекомендовано лечащим врачом. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»; Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru).

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПин 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____


Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: F-221: полиэстер – 83%, полиамид – 10%, полиэфир – 5%, хлопок – 2%; F-223: полиэфир – 100%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20____ г.




Длина предплечья
Измеряется расстояние от локтевой точки до линии обхвата запястья

БАНДАЖ

для плеча и предплечья –
«Крейт», F-225

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Длина предплечья, см			22-26



НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Расположить предплечье в муфте и отрегулировать длину наплечного ремня так, чтобы угол сгибания предплечья в локтевом суставе был равен 90 градусам, если иное не рекомендовано лечащим врачом. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от _____ 20____ года.

№ ФСР

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.



подвес внутри



КРЕЙТ

F-225

БАНДАЖ

для плеча и предплечья –
«Крейт»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт», Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 790-68-50, e-mail: tor@kreit.ru, info@kreit.ru).
Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-99 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделие в упаковке при транспортировании должно храниться на складах поставщика и дистрибуции в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-99 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не более чем на 1 м от поверхности пола. Срок хранения изделия – 6 месяцев. Изделие не подлежит ремонту. Средний срок службы изделия – не менее 6 месяцев. Использование изделия ограничено: изделие не использовать в контейнерах или пакетах для сбора отходов класса А и утилизировать как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиТ 2.1.3684-2021. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи.

www.kreitspb.ru, www.zdor.ru



НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.
СОСТАВ: полиэфир – 100%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20____ г.



БАНДАЖ

для плеча и предплечья – «Крейт», F-220

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Расположить предплечье в муфте и отрегулировать длину наплечного ремня так, чтобы угол сгибания предплечья в локтевом суставе был равен 90 градусам, если иное не рекомендовано лечащим врачом. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиэстер – 98%, хлопок – 2%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 _____ г.

Размер	☐ №1	☐ №2	☒ №3
Длина предплечья, см			от 28



БАНДАЖ

для ключицы – «Крейт», F-16

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после поднадкостничных переломов ключицы; реабилитация после оперативного лечения травм ключицы; повреждение связочного аппарата ключично-акромиального сочленения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для бедра и голени – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, расположить изделие на спине, лямки пропустить через подмышки и зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

TU 9396 – 002 – 96814693 – 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 60%, хлопок – 35%, полипропилен – 5%.


ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

20 _____

Размер	Обхват над грудью, мм
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☒ №6	165-180

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



БАНДАЖ

для ключицы – «Крейт», Е-16

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Реабилитационный период после поднадкостничных переломов ключицы; реабилитация после оперативного лечения травм ключицы; повреждение связочного аппарата ключично-акромиального сочленения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж для бедра и голени – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать и растянуть изделие, расположить изделие на спине, лямки пропустить через подмышки и зафиксировать застежкой. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 002 – 96814693– 2006.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, krite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее двух лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: полиамид – 60%, хлопок – 35%, полипропилен – 5%.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

20 _____


г.



Размер	Обхват над грудью, мм
☐ №1	
☐ №2	
☐ №3	
☐ №4	
☐ №5	
☒ №6	135-155

Обхват над грудью

Измеряется горизонтально вокруг туловища, спереди сантиметровая лента проходит над основанием грудных желёз



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 52 лист(ов)

Руководитель организации





МАКЕТ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

При получении груза проверить целостность упаковки



Получатель:

Адрес:

Телефон:


Номер заказа:

Вес брутто:

Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 11, корп. 4, литер А, пом. 24Н

Телефон 8 (812) 748-25-00



ООО «Крейт»

Фотографии изделий

Бандажи согревающие, компрессионные и
фиксирующие для верхних конечностей -
"Крейт" по ТУ 9396-002-96814693-2006



**Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-190
(а так же: E-190)**



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-203
(а так же: F-200)



**Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204 У
(а также F-204 правый, левый; E-204 правый, левый)**



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-206 правый, левый



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-208



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-209 У

Контроль в сфере здравоохранения

КРЕЙТ

У-800

№3

Состав сырья:

ПА

60%

40%

Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-800



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-805
(а также У-801)



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-806
(а также У-802)



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-809
(а также У-807)



Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-808
(а также У-810)



Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-411




Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-414



Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», E-414



**Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-415
(а также F-416)**



Юридическое
защита

Полное наименование

Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-823
(а также У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826)



**Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-827
(а также F-400A)**

Сюда ту сшитую заготовку сделать мульки

Состав 83% полиамид; 17% эластан

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru



**Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-600, правый, левый
(а также F-600, E-600, F-601, F-602**



**Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-622, правый, левый
(а также F-624 правый, левый)**

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.gov.ru




**Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-194
(а также F-191)**



Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-192



Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-193



Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-195



Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-207
(а также E-207)



Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-223
(а также F-220, F-221, F-222, F-225)



**Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-228
(а также F-227, F-227, E-228)**



Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-229



Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-230



Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-626



**Бандаж для ключицы – «Крейт», F-16
(а также E-16)**

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 33 лист(ов)

Руководитель организации

Круж 25.04.2023




Макет ярлыка для маркировки изделий

КРЕЙТ

Артикул

Размер



Состав основного материала изделия: