



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:28 27.01.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 190263;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03051951 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03051951);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 29.08.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Система электрохирургическая высокочастотная медицинская DS.Surg по ТУ 32.50.50-004-86671063-2023. «Система электрохирургическая высокочастотная медицинская DS.Surg» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023

Варианты исполнения

I. DS.Surg Prime Pro

1. Генератор DS.Surg Prime Pro (тип 1 - артикул 15634) или Генератор DS.Surg Prime Pro (тип 2 - артикул 18634) - 1 шт.
2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.
3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт
4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmann в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830

(при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7. Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

8. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

9. Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.

- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.

10. Инструментарий эндоскопический: производства «Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/360: Петля для полипэктомии многоразовая, овальная, автоклавируемая, модели WF-2423DT30 (при необходимости) - не более 2000 шт.

11. Педаль управления ножная двухклавишная, исп. 2 (разъем типа "папа") (артикул 19861) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "папа") (артикул 19863) - 1 шт.

12. Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.

13. Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.

14. Кабель подключения биполярных зажимов (артикул 15637) (при необходимости) - не более 100 шт.

15. Кабель подключения биполярных инструментов ТУРП (артикул 15638) (при необходимости) - не более 100 шт.

16. Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

17. Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) - 1 шт.

18. Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

19. Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

20. Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не

более 100 шт.

21. Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

22. Зажим биполярный длинный (в сборе) с прямыми браншами, многоразовый, с лезвиями (артикул 15655) (при необходимости) или Зажим биполярный короткий (в сборе) с прямыми браншами, многоразовый, с лезвиями (артикул 15656) (при необходимости) или Зажим биполярный длинный (в сборе) с изогнутыми браншами, многоразовый, с лезвиями (артикул 15657) (при необходимости) или Зажим биполярный короткий (в сборе) с изогнутыми браншами, многоразовый, с лезвиями (артикул 15658) - (при необходимости) - не более 100 шт.

23. Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

24. Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

25. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. DS.Surg Prime

1. Генератор DS.Surg Prime (тип 1 - артикул 15633) или Генератор DS.Surg Prime (тип 2 - артикул 18633) - 1 шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.

4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmanн в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.

- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.

9.Инструментарий эндоскопический: производства «Уилсон Инструментс (Шанхай) Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/360: Петля для полипэктомии многоразовая, овальная, автоклавируемая, модели WF-2423DT30 (при необходимости) - не более 2000 шт.

10.Педаль управления ножная двухклавишная, исп. 2 (разъем типа "папа") (артикул 19861) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "папа") (артикул 19863) - 1 шт.

11.Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.

12.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.

13.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

14.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) - 1 шт.

15.Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

16.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

17.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.

18.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

19.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

20.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

21.Руководство по эксплуатации - 1 шт.

22.Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

III. DS.Surg 400

1. Генератор DS.Surg 400 (тип 1 - артикул 15630) или Генератор DS.Surg 400 (тип 2 - артикул 18630) - 1 шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.

4. Электроды возвратные электрохирургические Volkman в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6.Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7.Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.
- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.
- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.
- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.
- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.
- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.
- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.
- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.
- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.
- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.

9.Педаль управления ножная одноклавишная (артикул 15663) - 1 шт.

10.Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.

11.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) не более 100 шт.

12.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул

19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

13.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) - 1 шт.

14.Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

15.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

16.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - 1 шт.

17.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

18.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

19.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

20.Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

21.Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

IV. DS.Surg 300

1. Генератор DS.Surg 300 (Генератор DS.Surg 300 (тип 1 - артикул 15629) или Генератор DS.Surg 300 (тип 2 - артикул 18629) - 1 шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.

4.Электроды возвратные электрохирургические Volkman в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5.Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6.Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7.Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:
- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) - 1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) - 1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) - 1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) - 1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) - 1 шт.

9.Педаль управления ножная одноклавишная (артикул 15663) - 1 шт.

10.Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651)

или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.

11.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.

12.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

13.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) - 1 шт.

14.Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

15.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

16.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.

17.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

18.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

19.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

20.Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

21.Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

V. DS.Surg 200S

1. Генератор DS.Surg 200S (тип 1 - артикул 15628) или Генератор DS.Surg 200S (тип 2 - артикул 18628) - 1 шт.
2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.
3. Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.
4. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.
4. Электроды возвратные электрохирургические Volkman в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.
5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.
6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.
7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:
 - электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.
 - электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.
 - электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.
8. Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:
 - электрод-игла многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) - 1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) - 1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) - 1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) - 1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) - 1 шт.
9. Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.
10. Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.
11. Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.
12. Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

13. Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

14. Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.

15. Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

16. Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

17. Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

18. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

19. Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

VI. DS.Surg 200

1. Генератор DS.Surg 200 (тип 1 - артикул 16028) или Генератор DS.Surg 200 (тип 2 - артикул 18028) - 1 шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.

4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmann в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) - 1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) - 1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) - 1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) - 1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) - 1 шт.

9.Педаль управления ножная одноклавишная (артикул 15663) - 1 шт.

10.Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651)

или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.

11.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.

12.Кабель подключения монополярного инструментария (артикул 15641) (при необходимости) - не более 100 шт.

13.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

14.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

15.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.

16.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

17.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

18.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

19.Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

20.Фильтр дополнительный (при необходимости)- не более 365 шт.

21.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.

VII. DS.Surg 150

1. Генератор DS.Surg 150 (тип 1 - артикул 16027) или Генератор DS.Surg 150 (тип 2 - артикул 18027) - 1 шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-04R) (артикул 15662) - не более 100 шт.
4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmanн в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, REF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.
5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.
6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.
7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:
- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.
 - электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.
 - электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.
- 7.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:
- электрод-игла многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.
- 9.Педаль управления ножная двухклавишная исп. 2 (разъем типа "мама") (артикул 15651) или Педаль управления ножная двухклавишная исп. 1 (разъем типа "мама") (артикул 15652) - 1 шт.
- 10.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 11.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 12.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 13.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 14.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

15.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

16.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

17.Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

18.Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

19.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.

VIII. DS.Surg 100

1.Генератор DS.Surg 100 (тип 1 - артикул 15627) или Генератор DS.Surg 100 (тип 2 - артикул 18627) - 1шт.

2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1шт.

3. Электрод пациента нейтральный односекционный многоразовый с кабелем (PL02-05R) (артикул 15665) - не более 100 шт.

4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmann в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830 (при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8.Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.
- электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.
- электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.
- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.
- 9.Педаль управления ножная одноклавишная (артикул 15663) -1 шт.
- 10.Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 11.Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 12.Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 13.Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.
- 14.Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.
- 15.Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.
- 16.Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 17.Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.
- 18.Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.
- 19.Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

IX DS.Surg 80

1. Генератор DS.Surg 80 (тип 1 - артикул 15626) или Генератор DS.Surg 80 (тип 2 - артикул 18626)- 1 шт.
2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1шт.
3. Электрод пациента нейтральный многоразовый с кабелем (PL02-05R) (артикул 15665) - не более 100 шт.
4. Электроды возвратные электрохирургические Volkmanн в вариантах исполнения: Электрод пациента возвратный двухсекционный для взрослого, вертикальный, PEF PFB-2A, производства "Фолькманн МедицинТехник ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18341 (при необходимости) или Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения: Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, производства ООО "ФОТЕК" регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8830

(при необходимости) - не более 2000 упаковок.

5. Держатель электродов монополярный с управлением от педали, автоклавируемый (артикул 15659) - не более 100 шт.

6. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) (при необходимости) - не более 100 шт.

7. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:

- электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.

- электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.

- электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.

- электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.

8. Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:

- электрод-игла многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.

- электрод-петля многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) - 1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.

- электрод-шарик многоразовый, удлинённый ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.

- электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.

9. Педаль управления ножная одноклавишная (артикул 15663) - 1шт.

10. Кабель подключения биполярного пинцета (артикул 15636) (при необходимости) - не более 100 шт.

11. Кабель подключения биполярных щипцов-зажимов (артикул 15642) (при необходимости) - не более 100 шт.

12. Пинцет биполярный байонетный многоразовый (артикул 15653) (при необходимости) - не более 100 шт.

13. Щипцы-зажимы биполярные с антипригарным покрытием многоразовые (артикул 15654) (при необходимости) - не более 100 шт.

14. Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.

15. Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.

16. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

17. Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.

18. Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.

19. Кабель подключения электрода пациента нейтрального двойного одноразового (артикул 19867) (при необходимости) - не более 100 шт.

X DS.Surg 50

1. Генератор DS.Surg 50 (артикул 15625) - 1 шт.
2. Кабель сетевой (артикул 15635) - 1 шт.
3. Электрод пациента нейтральный многоразовый с кабелем (PL02-03R) (артикул 15666) - не более 100 шт.
4. Держатель электродов многоразовый монополярный с управлением с помощью кнопок на рукоятке (артикул 15660) - не более 100 шт.
5. Набор электродов стандартный (артикул 18668), не более 2000 шт в составе:
 - электрод-нож многоразовый (артикул 15645) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, прямой (артикул 15646) - 1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, изогнутый (артикул 15647) - 1 шт.
 - электрод-шар многоразовый (артикул 15648) - 1 шт.
 - электрод - «проволочная петля» многоразовый, прямой (артикул 15649) - 1 шт.
6. Набор электродов расширенный (при необходимости) (артикул 15920), не более 2000 шт в составе:
 - электрод-игла многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э221) -1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э511) -1 шт.
 - электрод-петля многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э521) -1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э321) -1 шт.
 - электрод-шарик многоразовый, удлиненный ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э322) -1 шт.
 - электрод-игла многоразовый, короткий ООО «ЛОРГЕ медикал» (артикул Э212) -1 шт.
7. Эвакуатор дыма DS.Surg SSE с: кабелем сетевым (артикул 15635), фильтром сменным (артикул 19926), педалью управления ножной одноклавишной (артикул 15663), датчиком - петлей (артикул 19927), руководством по эксплуатации эвакуатора дыма DS.Surg SEE» ТУ 32.50.50-004-86671063-2023 (при необходимости) - 1 шт.
8. Стойка приборная двухполочная без держателя DS.Surg (артикул 19888) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная без держателя DS.Surg (артикул 19887) (при необходимости) или стойка приборная двухполочная с держателем DS.Surg (артикул 16063) (при необходимости) или стойка приборная трехполочная с держателем DS.Surg (артикул 16062) - (при необходимости) - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
10. Фильтр дополнительный (при необходимости) - не более 365 шт.
11. Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) (при необходимости) - 1 шт.

Принадлежности

1. Держатель трубки аспирационной с зажимом для воронки (артикул 18635) - 1 шт.
2. Лезвия для биполярного зажима (артикул 19920) - не более 2000 шт.
3. Трубка аспирационная тип 1 (артикул 19921) - 1 шт.
4. Трубка аспирационная тип 2 (артикул 19922) - 1 шт.
5. Переходник тип 1 (артикул 19923) - 1 шт.
6. Переходник тип 2 (артикул 19924) - 1 шт.

7. Воронка для аспирации (артикул 19925) - 1 шт.
8. Набор фильтров сменных (артикул 18636) - не более 50 шт.
9. Провод выравнивания потенциалов (артикул 15640) - 1 шт.
10. Держатель монитора типа Vesa - 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС.МЕД";

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г СЕРПУХОВ, ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, Д. 6, ОФИС 1;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г СЕРПУХОВ, ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, Д. 6, ОФИС 1;

12. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

13. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

14. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

15. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено для воздействия контактным способом на мягкие ткани организма человека током высокой частоты для резания и/или коагуляции.;

16. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260500;

17. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ДС.МЕД", 142214, Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, проезд Северный , д. 6;

18. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

19. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
260500	I. DS.Surg Prime Pro
260500	II. DS.Surg Prime
260500	III. DS.Surg 400
260500	IV. DS.Surg 300
260500	V. DS.Surg 200S
260500	VI. DS.Surg 200
260500	VII. DS.Surg 150
260500	VIII. DS.Surg 100
260500	IX DS.Surg 80
260500	X DS.Surg 50

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

