



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

На медицинское изделие

Консоли настенные медицинские КН по ТУ 32.50.50-016-16793014-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Альтернативная наука"

(АО "Альтернативная наука"), Россия,

188400, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с. п. Калитинское, п.

Кикерино, ш. Гатчинское, д. 8А, помещ. 2.2

Производитель

Акционерное общество "Альтернативная наука"

(АО "Альтернативная наука"), Россия,

188400, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с. п. Калитинское, п.

Кикерино, ш. Гатчинское, д. 8А, помещ. 2.2

Место производства медицинского изделия

АО "Альтернативная наука", Россия, 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна,

д. 34, литер А

Номер регистрационного досье № РД-64379/70514 от 11.09.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 20 листах

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7570
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0083260

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли настенные медицинские КН по ТУ 32.50.50-016-16793014-2024, в вариантах исполнения:

1. КН-01-АльтН, в составе:

- консольная секция накладная, поперечное сечение которой имеет форму треугольника - до 10 шт.;
- клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
- устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
- системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
- розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
- светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
- часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
- вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
- манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
- вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
- выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
- выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0156139

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 2

- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;
 - регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
 - банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение №

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0156140

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 3

- ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.
2. КН-021-АльтН, в составе:
- консольная секция накладная, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника, корпус которой изготовлен из алюминиевого профиля типа 1 - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
 - держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
 - выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
 - выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
 - индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
 - разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
 - разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156141

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 4

- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;
 - регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
 - банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156142

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 5

- УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005 (производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
 1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
 - отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.
3. КН-022-АльтН, в составе:
- консольная секция накладная, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника, корпус которой изготовлен из алюминиевого профиля типа 2 - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
 - держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
 - выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
 - выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156143

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 6

- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156144

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 7

"Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:

- контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
- штатив - 1 шт.;
- корзина со струбиной - 2 шт.;
- регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
- банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
 1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.
- 4. КН-023-АльтН, в составе:
 - консольная секция накладная, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника, корпус которой изготовлен из металлического листа - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156145

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 8

- вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
- выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
- выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- электрический предохранитель тепловое действие (при необходимости) - до 20 шт.;
- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156146



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 9

- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
- контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
- штатив - 1 шт.;
- корзина со струбиной - 2 шт.;
- регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
- банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
- 1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
- 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.
- 5. КН-03-АльтН, в составе:
- консольная секция накладная, поперечное сечение которой имеет Г-образную форму - до 10 шт.;
- клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
- устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
- системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156147

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 10

"Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642
от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;

- розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
- светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
- часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
- вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
- манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
- вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
- выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
- выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156148

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 11

- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
 - ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
 - комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
 - полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
 - комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;
 - регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
 - банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
 - устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
 - 1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 - 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
 - отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.
6. КН-04-АльтН, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156149

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 12

- консольная секция накладная с декоративными панелями из листового пластика - до 10 шт.;
- клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
- устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
- системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
- розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
- светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
- часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
- вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
- манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
- вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
- выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
- выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156150

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 13

- (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
 - светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
 - полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
 - полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
 - полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
 - полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
 - ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
 - комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
 - полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
 - комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;
 - регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
 - банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
 - устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156151

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 14

1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.
7. КН-022В-АльтН, в составе:
 - консольная секция встроенная, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника, корпус которой изготовлен из алюминиевого профиля типа 2 - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
 - держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
 - выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
 - выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - электрический предохранитель тепловое действие (при необходимости) - до 20 шт.;
 - индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
 - разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
 - разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156152

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 15

- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;
 - регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
 - банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156153

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 16

- 2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.
8. КН-023В-АльтН, в составе:
- консольная секция встроенная, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника, корпус которой изготовлен из металлического листа - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
 - держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
 - выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;
 - выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
 - индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
 - кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
 - разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
 - разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
 - разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156154

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 17

- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:
 - контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
 - штатив - 1 шт.;
 - корзина со струбиной - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156155

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 18

- регулятор вакуума со струбиной - 1 шт.;
- банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
 1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.
- 9. КН-04В-АльтН, в составе:
 - консольная секция встроенная с декоративными панелями из листового пластика - до 10 шт.;
 - клапан подачи воздуха для пневмоинструмента (при необходимости) - до 10 шт.;
 - устройство отвода наркозного газа (при необходимости) - до 20 шт.;
 - системы клапанные медицинские для оперативного подключения дыхательной аппаратуры и другого медицинского пневмооборудования к стационарным газовым магистралям СКМ-01 по ТУ 9444-001-16793014-2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09642 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 100 шт.;
 - розетка электрическая (при необходимости) - до 100 шт.;
 - светильник (при необходимости) - до 20 шт.;
 - часы электронные с таймером (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вентиль газовый (при необходимости) - до 40 шт.;
 - манометр (при необходимости) - до 20 шт.;
 - вакуумметр (при необходимости) - до 10 шт.;
 - штанга для крепления медицинского оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
 - держатель монитора (при необходимости) - до 10 шт.;
 - выключатель электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
 - клемма заземления (при необходимости) - до 100 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0156156



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 19

- выключатель автоматический электрический (при необходимости) - до 20 шт.;
- электрический предохранитель теплового действия (при необходимости) - до 20 шт.;
- индикатор сетевого питания (при необходимости) - до 20 шт.;
- кнопка системы вызова медперсонала пациентами (при необходимости) - до 10 шт.;
- разъем RJ45 (при необходимости) - до 40 шт.;
- разъем HDMI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем USB (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем YC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RS232 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем BNC (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем VGA (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем DVI (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем RJ11 (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем радиочастотный коаксиальный (при необходимости) - до 20 шт.;
- разъем MiniJack (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (при необходимости) - до 20 шт.;
- блок питания HDR-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- блок питания RS-15-12 для электроприборов 12В (при необходимости) - до 10 шт.;
- сетевой фильтр DL-8T1 (при необходимости) - до 10 шт.;
- окно герметичное для размещения электрических автоматов PROxima (при необходимости) - до 20 шт.;
- рельс для размещения навесного оборудования (устанавливаются отдельно на стену) (при необходимости) - до 40 шт.;
- рельс, прикрепляемый к штанге (при необходимости) - до 20 шт.;
- светильник навесной на рельс (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс односекционная поворотная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс трехсекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- полка навесная на рельс пятисекционная (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс односекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- ящик навесной на рельс двухсекционный (при необходимости) - до 20 шт.;
- контейнер для катетеров (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс Г-образный (при необходимости) - до 20 шт.;
- кронштейн капельницы навесной на рельс прямой (при необходимости) - до 20 шт.;
- комплект вакуумных шлангов (при необходимости) - до 20 шт.;
- штанга для крепления медицинского оборудования, устанавливаемая на рельс - до 20 шт.;
- полка, прикрепляемая к штанге - до 20 шт.;
- комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156157

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/24387

Лист 20

любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-
«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003, производства ЗАО
"Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1326 от
15.07.2015, - до 20 комплектов, в составе:

- контейнер-сборник с крышкой - 2 шт.;
- штатив - 1 шт.;
- корзина со струбциной - 2 шт.;
- регулятор вакуума со струбциной - 1 шт.;
- банка предохранительная - 1 шт. (при необходимости).
- устройство предохранительное для ручной вентиляции легких по системе АЙРА
УПВЛ-01 по ТУ 9444-020-16793014-2015, производства ЗАО "Альтернативная наука",
Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5463 от 02.03.2017 (при
необходимости) - до 20 шт.;
- смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-
2005, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/09644 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- расходомер газовый медицинский РГМ-20 по ТУ 9444-010-16793014-, производства
ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное удостоверение № ФСР
2010/09645 от 15.07.2015 (при необходимости) - до 20 шт.;
- устройство для увлажнения кислорода при ингаляции УК-«Альт.-Н» по ТУ 9444-002-
16793014-2002, производства ЗАО "Альтернативная наука", Россия, регистрационное
удостоверение № ФСР 2012/13265 от 28.07.2015, - до 20 шт., в вариантах исполнения:
1. Устройство для увлажнения кислорода без подогрева УК-«Альт.-Н»;
- 2. Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП - «Альт.-Н (при
необходимости).
- отсос медицинский эжекционный ОМЭ-30 (при необходимости) - до 20 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156158